

# **ALLEGATO "A" GARA EMOSTATICI**

## **FORNITURA EMOSTATICI E COLLE CHIRURGICHE**

### **Voce 3 - 4 P M 04 05 01 01                    EMOSTATICO ASSORBENTE STERILE**

#### **(CELLULOSA OSSIDATA E RIGENERATA O NON)**

Emostatico assorbibile, sterile, in fibre di cellulosa ossidata e rigenerata o non, dotato di porosità uniforme, privo di filamenti, impurità e corpi estranei con proprietà battericida, compatibile con strumentazione endoscopica, ferri chirurgici e guanti e resistente alla tensione. Deve presentare effetto emostatico su tutta la superficie ed agire in presenza di sanguinamento. Le Imprese dovranno indicare tempi di emostasi e di assorbimento. Misure : 10 x 20 cm. circa e 5 x 35 cm. circa. Dispositivo Medico di Classe III.

### **Voce 5 P M 04 05 05                    SPUGNA IN GELATINA STERILE E ASSORBIBILE IN POLVERE**

Medicazione in schiuma di gelatina purissima in forma di polvere, insolubile, monouso, sterile. Ad effetto emostatico, riassorbibile, non deve procurare irritazioni o reazioni di ipersensibilizzazione. Da impiegare a secco o con soluzioni saline, antibiotiche o trombiniche. Disponibile in contenitori monouso e sterili idonei alla sua preparazione e/o miscelazione.

### **Voce 6 - 7 P M 04 05 05                    SPUGNA IN GELATINA STERILE E ASSORBIBILE**

Medicazione in schiuma di gelatina purissima insolubile, monouso, sterile. Ad effetto emostatico, riassorbibile, porosità uniforme su tutta la superficie, non deve procurare irritazioni o reazioni di ipersensibilizzazione. Capacità di assorbire circa 50 volte il suo peso; da impiegare a secco o con soluzioni saline, antibiotiche o trombiniche. Misure : Forma cilindrica ( 8 x 3 cm. circa); forma rettangolare ( 5 x 7 x 1 cm. circa).

**Voce 8 P M 04 05 99**

**ASSOCIAZIONE DI GELATINA DI  
COLLAGENE ANIMALE + TROMBINA**

Associazione di gelatina di collagene animale + trombina, sterile, idonea per l'emostasi arteriosa e venosa. L'impresa aggiudicataria dovrà fornire a titolo gratuito tutti gli accessori eventualmente necessari alla preparazione ed all'impiego. L'aggiudicazione dovrà essere effettuata tenendo conto del volume del prodotto pronto all'uso.